

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA

prováděného dle §45 zákona 375/2022 Sb. v platném znění.

Zdravotnický prostředek: Externí kardiostimulátor EPG 10, EPG 10/A, EPG 10E, EPG 10E/A, EPG 10/AI
EPG 10P, EPG10 MO, EPG 10B, EPG 10M

Odběratel:	Typ	VČ
Středisko:		

POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE:

Stimtester schválený výrobcem - Stimtester ST3, Black box.

PROVEDENÉ KONTROLY:	Dle provozní dokumentace	Nevyhovuje	Vyhovuje
Čistění a desinfekce			✓
Vizuální kontrola			✓
Kontrola amplitudy - ampl. (pace)			✓
Kontrola frekvence - rate			✓
Šířka stimulačního impulsu - pulse			✓
Inhibice - sens			✓
Spotřeba - averagel			✓
Kontrola detekce rozpojeného okruhu - disconnect			✓
Kontrola detekce vybité baterie			✓

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY: (poznámky)**VÝSLEDEK PROHLÍDKY:****VYHOVUJE****Datum další prohlídky:****srpen 22**

Pozn.: Tento dokument je archivován také ve firmě MEDIATRADE s.r.o., přístroj je po BTK vrácen ve shodě.

Uvedený přístroj je ve všech měřených parametrech v tolerancích stanovených výrobcem a je bezpečný. Přístroj je vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v souladu s provozní dokumentací přístroje. Vzhledem ke stáří přístroje více než 8 let je BTK nutno provádět každých 6 měsíců.

Ve Valašském Meziříčí dne: 23.02.2022

Podpis: Adam Frank


MEDIATRADE s.r.o. (2)
č.p. 34, 757 01 Poličná
IČ: 60321113, DIČ: CZ60321113
www.mediatrade.cz