

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA

prováděno dle §45 zákona 375/2022 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek: Ozosmart L00001B1

Odběratel	Typ	VČ
Středisko	Základní	3500014

POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: Black box

PROVEDENÉ KONTROLY: Dle provozní dokumentace	Nevyhovuje	Vyhovuje
Čištění a desinfekce		✓
Vizuální kontrola		✓
Kontrola amplitudy - ampl. (pace)	Nevyhovuje	
Kontrola frekvence - rate	Nevyhovuje	
Šířka stimulačního impulsu - pulse	Nevyhovuje	
Inhibice - sens	Nevyhovuje	
Spotřeba - averagel	Nevyhovuje	
Kontrola detekce rozpojového okruhu - disconnect	Nevyhovuje	
Kontrola detekce vybité baterie		✓

ZJISTĚNÉ ZÁVADY: (poznámky)**Přístroj není ve shodě, doporučen servis.****VÝSLEDEK PROHLÍDKY:****NEVYHOVUJE**

Datum další prohlídky:

Pozn.: Tento dokument je archivován také ve firmě MEDIATRADE s.r.o.

Uvedený přístroj je ve všech měřených parametrech v tolerancích stanoveným výrobcem a je bezpečný. Přístroj je vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v souladu s provozní dokumentací přístroje.

V _____ dne: _____

Podpis: