

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA

prováděného dle §45 zákona 375/2022 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek: Externí kardiostimulátor EPG 10, EPG 10/A, EPG 10E, EPG 10E/A, EPG 10/AI
EPG 10P, EPG10 MO, EPG 10B, EPG 10M

Odběratel:	Typ	VČ
Středisko:		

POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE:

Stimtester schválený výrobcem - Stimtester ST3, Black box.

PROVEDENÉ KONTROLY: Dle provozní dokumentace	Nevyhovuje	Vyhovuje
Čistění a desinfekce		✓
Vizuální kontrola		✓
Kontrola amplitudy - ampl. (pace)		✓
Kontrola frekvence - rate		✓
Šířka stimulačního impulsu - pulse		✓
Inhibice - sens		✓
Spotřeba - averagel	Nevyhovuje	---
Kontrola detekce rozpojeného okruhu - disconnect		✓
Kontrola detekce vybité baterie		✓

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY: (poznámky)**Přístroj není ve shodě, doporučen servis.****VÝSLEDEK PROHLÍDKY:****NEVYHOVUJE****Datum další prohlídky:**

Pozn.: Tento dokument je archivován také ve firmě MEDIATRADE s.r.o.

Uvedený přístroj je ve všech měřených parametrech v tolerancích stanovených výrobcem a je bezpečný. Přístroj je vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v souladu s provozní dokumentací přístroje.

Ve Valašském Meziříčí dne: 23.02.2022

Podpis: Adam Frank



MEDIATRADE
PULSE GENERATORS
MEDIATRADE s.r.o. (2)
č.p. 34, 757 01 Poličná
IČ: 60321113, DIČ: CZ60321113
www.mediatrade.cz